

Красная клиническая больница
ул. П. Железника, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 226-99-97
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkbv@medportal.ru
http://www.medportal.ru
ОКПО 01913234

№ 08 от 14.08.2024 г. № 1118-2024

На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!
Пропшу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента:

№ п/п	Наименование товара	Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Инструкция по выполнению характеристик в заказе	Единица измерения	Цена, рублей	Страна происхождения	Остаточный срок годности	ОКЦ/ДК/КТРУ	Код вида МИ
1	Перчатки хирургические из латекса голей, неопудренные 22.19.60.113-00000001	Размер	6,5		В соответствии с потребностью Заказчика	Пара (2 шт.)					
		Стерильность	Стерильные		В соответствии с КТРУ						
		Материал	Латекс натурального каучука (Латекс голей)		В соответствии с КТРУ						
		Внутренняя поверхность	Неопудрена		В соответствии с КТРУ						
		Антибактериальные свойства	Отсутствуют		В соответствии с КТРУ						
		Манжета	Закатана в вешик		В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Способ стерилизации	Двойная хлоринация		В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Уровни контроля и приемлемые уровни качества (AOQ)	1,0		В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Длина	≥ 260	Миллиметр	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Ширина	≥ 78 и ≤ 88	Миллиметр	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Толщина (гладкая поверхность)	≥ 0,1	Миллиметр	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
Толщина (текстурированная поверхность)	≥ 0,13	Миллиметр	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004								
2	Перчатки хирургические из латекса голей, неопудренные 22.19.60.113-00000001	Размер	7,0		В соответствии с потребностью Заказчика	Пара (2 шт.)					
		Стерильность	Стерильные		В соответствии с КТРУ						
		Материал	Латекс натурального каучука (Латекс голей)		В соответствии с КТРУ						
		Внутренняя поверхность	Неопудрена		В соответствии с КТРУ						
		Антибактериальные свойства	Отсутствуют		В соответствии с КТРУ						
		Манжета	Закатана в вешик		В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Способ стерилизации	Двойная хлоринация		В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Уровни контроля и приемлемые уровни качества (AOQ)	1,0		В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Длина	≥ 270	Миллиметр	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Ширина	≥ 84 и ≤ 94	Миллиметр	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Толщина (гладкая поверхность)	≥ 0,1	Миллиметр	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
Толщина (текстурированная поверхность)	≥ 0,13	Миллиметр	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004								
3	Перчатки хирургические из латекса голей, неопудренные 22.19.60.113-00000001	Размер	7,5		В соответствии с потребностью Заказчика	Пара (2 шт.)					
		Стерильность	Стерильные		В соответствии с КТРУ						
		Материал	Латекс натурального каучука (Латекс голей)		В соответствии с КТРУ						
		Внутренняя поверхность	Неопудрена		В соответствии с КТРУ						
		Антибактериальные свойства	Отсутствуют		В соответствии с КТРУ						
		Манжета	Закатана в вешик		В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Способ стерилизации	Двойная хлоринация		В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Уровни контроля и приемлемые уровни качества (AOQ)	1,0		В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Длина	≥ 270	Миллиметр	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Ширина	≥ 90 и ≤ 100	Миллиметр	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Толщина (гладкая поверхность)	≥ 0,10	Миллиметр	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
Толщина (текстурированная поверхность)	≥ 0,13	Миллиметр	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004								
4	Перчатки хирургические из латекса голей, неопудренные 22.19.60.113-00000001	Размер	8,0		В соответствии с потребностью Заказчика	Пара (2 шт.)					
		Стерильность	Стерильные		В соответствии с КТРУ						
		Материал	Латекс натурального каучука (Латекс голей)		В соответствии с КТРУ						
		Внутренняя поверхность	Неопудрена		В соответствии с КТРУ						
		Антибактериальные свойства	Отсутствуют		В соответствии с КТРУ						
		Манжета	Закатана в вешик		В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Способ стерилизации	Двойная хлоринация		В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Уровни контроля и приемлемые уровни качества (AOQ)	1,0		В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Длина	≥ 270	Миллиметр	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Ширина	≥ 96 и ≤ 108	Миллиметр	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Толщина (гладкая поверхность)	≥ 0,10	Миллиметр	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
Толщина (текстурированная поверхность)	≥ 0,13	Миллиметр	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004								
5	Перчатки хирургические из латекса голей, неопудренные 22.19.60.113-00000001	Размер	8,5		В соответствии с потребностью Заказчика	Пара (2 шт.)					
		Стерильность	Стерильные		В соответствии с КТРУ						
		Материал	Латекс натурального каучука (Латекс голей)		В соответствии с КТРУ						
		Внутренняя поверхность	Неопудрена		В соответствии с КТРУ						
		Антибактериальные свойства	Отсутствуют		В соответствии с КТРУ						
		Манжета	Закатана в вешик		В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Способ стерилизации	Двойная хлоринация		В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Уровни контроля и приемлемые уровни качества (AOQ)	1,0		В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Длина	≥ 280	Миллиметр	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Ширина	≥ 102 и ≤ 114	Миллиметр	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Толщина (гладкая поверхность)	≥ 0,1	Миллиметр	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
Толщина (текстурированная поверхность)	≥ 0,13	Миллиметр	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004								
6	Перчатки хирургические из латекса голей, неопудренные 22.19.60.113-00000001	Размер	9,0		В соответствии с потребностью Заказчика	Пара (2 шт.)					
		Стерильность	Стерильные		В соответствии с КТРУ						
		Материал	Латекс натурального каучука (Латекс голей)		В соответствии с КТРУ						
		Внутренняя поверхность	Неопудрена		В соответствии с КТРУ						
		Антибактериальные свойства	Отсутствуют		В соответствии с КТРУ						
		Манжета	Закатана в вешик		В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Способ стерилизации	Двойная хлоринация		В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Уровни контроля и приемлемые уровни качества (AOQ)	1,0		В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Длина	≥ 280	Миллиметр	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Ширина	≥ 108 и ≤ 120	Миллиметр	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Толщина (гладкая поверхность)	≥ 0,1	Миллиметр	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
Толщина (текстурированная поверхность)	≥ 0,13	Миллиметр	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004								

Срок поставки: с 04 января по 16 декабря 2025г., по запросу Заказчика, в течение 10 календарных дней с момента получения заявки (не более 15 заявок)

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Красная клиническая больница» г. Красноярск, ул. Партизана Железника, 3. Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте sbb@medportal.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железника 3-б, отдела обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92

Предложение принимается в срок до 13.08.2024 17:00:00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы: /Алейникова Е.А.

Исполнитель: Заведующая аптекой Попова Елена Вячеславовна, тел. +7 (391) 226-99-29

Сотрудник, обеспечивающий службу ценовой информации: Конев И.С., пр.информ. тел. 226-99-24