

14	Перчатки хирургические из латекса геви, неопудренные 22.19.60.113-0000001	Толщина (палец)	≥ 0.3	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
		Толщина (ладонь)	≥ 0.3	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
		Усилие при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 12.5	Н	Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Удлинение при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 700	ПРОЦ	Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения)	≤ 2	Н	Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Размер	8		Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Стерильность	Стерильное изделие		Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Материал изделия	Латекс геви		Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Внутренняя поверхность	Неопудрена		Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Антибактериальные свойства	Отсутствуют		Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Форма перчатки	Анатомически правильная		Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Расположение большого пальца	В направлении ладони		Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Внешняя поверхность	Текстурированная в области пальцев и ладони		Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Внутренняя поверхность	С полимерным покрытием		Значение характеристики не может измениться участником закупки
15	Перчатки хирургические из латекса геви, неопудренные 22.19.60.113-0000001	Стерильность	Стерильное изделие		Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Материал изделия	Латекс геви		Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Внутренняя поверхность	Неопудрена		Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Антибактериальные свойства	Отсутствуют		Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Форма перчатки	Анатомически правильная		Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Расположение большого пальца	В направлении ладони		Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Внешняя поверхность	Текстурированная в области пальцев и ладони		Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Внутренняя поверхность	С полимерным покрытием		Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Наличие увлажняющих компонентов на внутренней поверхности перчатки	Наличие		Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Цвет перчатки	Синего или зеленого спектра		Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Манжета	Без венчика с адгезивной полосой		Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Длина перчатки	≥ 280	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
		Толщина (в области ладони)	≥ 0.18 и ≤ 0.2	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
		Толщина (в области манжеты)	≥ 0.2	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Усилие при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 12.5	Н	Значение характеристики не может измениться участником закупки		
Удлинение при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 700	ПРОЦ	Значение характеристики не может измениться участником закупки		
Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения)	≤ 2	Н	Значение характеристики не может измениться участником закупки		
Размер	7		Значение характеристики не может измениться участником закупки		

Срок поставки: с момента заключения контракта по 16 декабря 2025г., по заявке Заказчика, в течение 10 календарных дней с момента получения заявки (не более 15 заявок)

Цена должна быть указана с учетом доставки до ЮБУЗ «Красная клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.

Информацию необходимо направлять по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zob@elvikauy@profnet.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-6, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92

Предложения принимаются в срок до 07.02.2024 17:00:00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы: Азизишвили Е.А.

Исполнитель:
Заведующая аптекой: Заведующая аптекой Елена Вячеславовна, тел. +7 (391) 226-99-29

Сотрудник, осуществляющий сбор ценовой информации:
Контактный телефон: 226-99-44

* Для получения полной информации по поводу участия в аукционе в аукционе 1 - 145 приложения № 1 и ПП РФ 1875 от 23.12.2024, аукцион 1 - 433 приложения № 2 и прилагающему постановлению, приложения № 3 и постановлению, и Российской Федерации - номер реестровой заявки из реестра российской промышленной продукции, преференциального статуса 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации".
Для получения информации по поводу участия в аукционе в аукционе 1 - 145 приложения № 1 и ПП РФ 1875 от 23.12.2024, аукцион 1 - 433 приложения № 2 и прилагающему постановлению, приложения № 3 и постановлению, и Российской Федерации - номер реестровой заявки из реестра российской промышленной продукции, преференциального статуса 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации".