

20.11.2024 г. № 1665-2014

На № от

О коммерческом предложении

Руководителю

Уважаемые господа!

Пропуск Вам представить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента:

№/п	Наименование товара	Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Инструкция по заполнению характеристики в заявке	Единица измерения	Кол-во, ЕИ	Цена с НДС, рублей	Страна происхождения	Остаточный срок годности
1	Средство дезинфицирующее, 20.20.14.000-00000005	Форма выпуска	Жидкость		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Литр, кубический дециметр	6600			
		Действующее вещество: глаукорий альдегид	≥1,9 и ≤2,1	%	Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Средство обладает активностью в отношении бактерий, включая микробактерии туберкулеза, вирусов (включая возбудителей гепатитов, ВИЧ, вольвомиксита), грибов рода Кандида и дерматофитов (патогенные прибы).	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Средство по параметрам острой токсичности относится к 4 классу малоопасных веществ при введении в желудок, при инъекции на кожу и ингаляционном воздействии летучих компонентов.	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Средство предназначено для использования в ЛПО для: - дезинфекции изделий медицинского назначения из различных материалов, в том числе гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним.	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Средство предназначено для использования в ЛПО для: - дезинфекции высокого уровня (ДВУ) гибких эндоскопов ручным и механизированным (в автоматических ретропроцессорах) способами.	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Рабочие растворы средства не портят и не корродируют обрабатываемые изделия, совместимы с материалами эндоскопов. Препарат совместно и применяется для обработки эндоскопов «KarlStorz» (Германия), «Оlympus» (Япония)*.	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		При дезинфекции изделий из различных материалов(резины, пластмассы, металлы, стекло), включая жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, время экспозиции не более 15 минут.	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		При ДВУ изделий из различных материалов(резины, пластмассы, металлы, стекло), включая жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, время экспозиции не более 5 минут.	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		При стерилизации эндоскопов, инструментов конфигурации, время экспозиции не более 300 минут.	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		При стерилизации инструментов к гибким эндоскопам, ИМН, имеющих замковые части, вращающихся стоматологических инструментов, время экспозиции не более 360минут.	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Рабочие растворы средства используются многократно в течение не менее 30 дней.	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Упаковка	единица		Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Объем упаковки	≤ 5	Литр, кубический дециметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики					

Срок поставки: с 01 января 2025 г. по 18 декабря 2025 г., в соответствии с календарным планом

*В связи с невозможностью полного описание в техническом задании были указаны дополнительные характеристики закупаемой продукции на основании потребности заказчика, обоснованные спецификой работы КГБУЗ ККБ г. Красногорск и оборудования имеющегося в наличии у Заказчика.

**Установлено в связи с наличием указанного оборудования у Заказчика.

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Красногорская клиническая больница» г.Красногорск, ул. Партизана Желеникова, 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте sobolevskaia@medgorod.ru или по адресу г. Красногорск, ул. Партизана Желеникова 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92

Предложения принимаются в срок до 22.11.2024 17:00:00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы _____ /Клепачкина Е.А.

Исполнитель:

Заведующий антской _____ /Попова Е.В., тел. +7 (391) 226-99-29

Сотрудник, ответственный за приемку и выдачу ценовой информации:
 Конева Н.А. _____ /Попова Е.В., тел. 226-99-24