Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 226-99-97
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@ medgorod. ru
Http://www.medgorod.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001

14.02.2025 г. № 203-25
На №_____ от _____

Руководителю

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента:

№ п/п	Наименование товара	Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики		Единица измерения	Цена, рублей	Страна происхождения	Остаточный срок годности	ОКПД2/КТРУ	Код вида МИ	№ реестровой записи*
1	Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные 22.19.60.113-00000001	Стерильность	Стерильное изделие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Пара (2 шт.)						
		Материал изделия	Латекс гевеи		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внутренняя поверхность	Неопудрена		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Антибактериальные свойства	Отсутствуют		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Форма перчатки	Анатомически правильная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Расположение большого пальца	В направлении ладони		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внешняя поверхность	Текстурированная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внутренняя поверхность	С полимерным покрытием		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Манжета	Без венчика с адгезивной полосой		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Длина перчатки	≥ 280	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Толщина в области пальцев	≥ 0.18 и ≤ 0.22	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Толщина в области ладони	≥ 0.18 и ≤ 0.22	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Толщина в области манжеты	≥ 0.2	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Цвет перчатки	Белый или бежевый		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Содержание протеинов мкг/г	≤ 30		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Усилие при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 12.5	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Удлинение при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 700	ПРОЦ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения)	≤ 2	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Размер	6,5		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
2	Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные 22.19.60.113-00000001	Стерильность	Стерильное изделие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Пара (2 шт.)						
		Материал изделия	Латекс гевеи		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внутренняя поверхность	Неопудрена		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Антибактериальные свойства	Отсутствуют		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Форма перчатки	Анатомически правильная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Расположение большого пальца	В направлении ладони		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внешняя поверхность	Текстурированная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внутренняя поверхность	С полимерным покрытием		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Манжета	Без венчика с адгезивной полосой		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Длина перчатки	≥ 280	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Толщина в области пальцев	≥ 0.18 и ≤ 0.22	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Толщина в области ладони	≥ 0.18 и ≤ 0.22	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Толщина в области манжеты	≥ 0.2	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Цвет перчатки	Белый или бежевый		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Содержание протеинов мкг/г	≤ 30		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Усилие при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 12.5	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Удлинение при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 700	ПРОЦ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения)	≤ 2	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Размер	7		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
3	Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные 22.19.60.113-00000001	Стерильность	Стерильное изделие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Пара (2 шт.)						
		Материал изделия	Латекс гевеи		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внутренняя поверхность	Неопудрена		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Антибактериальные свойства	Отсутствуют		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Форма перчатки	Анатомически правильная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Расположение большого пальца	В направлении ладони		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внешняя поверхность	Текстурированная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внутренняя поверхность	С полимерным покрытием		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Манжета	Без венчика с адгезивной полосой		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Длина перчатки	≥ 280	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Толщина в области пальцев	≥ 0.18 и ≤ 0.22	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Толщина в области ладони	≥ 0.18 и ≤ 0.22	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Толщина в области манжеты	≥ 0.2	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Цвет перчатки	Белый или бежевый		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Содержание протеинов мкг/г	≤ 30		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Усилие при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 12.5	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Удлинение при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 700	ПРОЦ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения)	≤ 2	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Размер	7,5		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
4	Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные 22.19.60.113-00000001	Стерильность	Стерильное изделие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Пара (2 шт.)						
		Материал изделия	Латекс гевеи		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внутренняя поверхность	Неопудрена		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Антибактериальные свойства	Отсутствуют		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Форма перчатки	Анатомически правильная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Расположение большого пальца	В направлении ладони		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внешняя поверхность	Текстурированная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внутренняя поверхность	С полимерным покрытием		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Манжета	Без венчика с адгезивной полосой		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Длина перчатки	≥ 280	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							

		Толщина в области пальцев	≥ 0.18 и ≤ 0.22	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Толщина в области ладони	≥ 0.18 и ≤ 0.22	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Толщина в области манжеты	≥ 0.2	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Цвет перчатки	Белый или бежевый		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Содержание протеинов мкг/г	≤ 30		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Усилие при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 12.5	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Удлинение при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 700	ПРОЦ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения)	≤ 2	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Размер	8		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
5	Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные 22.19.60.113-00000001	Стерильность	Стерильное изделие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Пара (2 шт.)						
		Материал изделия	Латекс гевеи		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внутренняя поверхность	Неопудрена		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Антибактериальные свойства	Отсутствуют		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Форма перчатки	Анатомически правильная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Расположение большого пальца	В направлении ладони		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внешняя поверхность	Текстурированная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внутренняя поверхность	С полимерным покрытием		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Манжета	Без венчика с адгезивной полосой		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Длина перчатки	≥ 280	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Толщина в области пальцев	≥ 0.18 и ≤ 0.22	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Толщина в области ладони	≥ 0.18 и ≤ 0.22	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Толщина в области манжеты	≥ 0.2	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Цвет перчатки	Белый или бежевый		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Содержание протеинов мкг/г	≤ 30		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Усилие при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 12.5	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Удлинение при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 700	ПРОЦ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения)	≤ 2	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Размер	8,5		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
6	Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные 22.19.60.113-00000001	Стерильность	Стерильное изделие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Пара (2 шт.)						
		Материал изделия	Латекс гевеи		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внутренняя поверхность	Неопудрена		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Антибактериальные свойства	Отсутствуют		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Форма перчатки	Анатомически правильная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Расположение большого пальца	В направлении ладони		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внешняя поверхность	Текстурированная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внутренняя поверхность	С полимерным покрытием		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Манжета	Без венчика с адгезивной полосой		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Длина перчатки	≥ 280	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Толщина в области пальцев	≥ 0.18 и ≤ 0.22	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Толщина в области ладони	≥ 0.18 и ≤ 0.22	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Толщина в области манжеты	≥ 0.2	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Цвет перчатки	Белый или бежевый		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Содержание протеинов мкг/г	≤ 30		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Усилие при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 12.5	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Удлинение при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 700	ПРОЦ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения)	≤ 2	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Размер	9		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
7	Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные 22.19.60.113-00000001	Стерильность	Стерильное изделие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Пара (2 шт.)						
		Материал изделия	Латекс гевеи		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внутренняя поверхность	Неопудрена		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Антибактериальные свойства	Отсутствуют		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Форма перчатки	Анатомически правильная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Расположение большого пальца	В направлении ладони		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внешняя поверхность	Текстурированная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внутренняя поверхность	С полимерным покрытием		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Цвет перчатки	Коричневый или черный		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Длина перчатки	≥ 280	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Толщина (палец)	≥ 0.13 и ≤ 0.18	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Усилие при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 12.5	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Удлинение при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 700	ПРОЦ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения)	≤ 2	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Размер	6,5		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
8	Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные 22.19.60.113-00000001	Стерильность	Стерильное изделие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Пара (2 шт.)						
		Материал изделия	Латекс гевеи		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внутренняя поверхность	Неопудрена		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Антибактериальные свойства	Отсутствуют		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Форма перчатки	Анатомически правильная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Расположение большого пальца	В направлении ладони		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внешняя поверхность	Текстурированная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внутренняя поверхность	С полимерным покрытием		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Цвет перчатки	Коричневый или черный		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Длина перчатки	≥ 280	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Толщина (палец)	≥ 0.13 и ≤ 0.18	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Усилие при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 12.5	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Удлинение при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 700	ПРОЦ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения)	≤ 2	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Размер	7		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							

9	Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные 22.19.60.113-00000001	Стерильность	Стерильное изделие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Пара (2 шт.)						
		Материал изделия	Латекс гевеи		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внутренняя поверхность	Неопудрена		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Антибактериальные свойства	Отсутствуют		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Форма перчатки	Анатомически правильная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Расположение большого пальца	В направлении ладони		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внешняя поверхность	Текстурированная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внутренняя поверхность	С полимерным покрытием		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Цвет перчатки	Коричневый или черный		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Длина перчатки	≥ 280	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Толщина (палец)	≥ 0.13 и ≤ 0.18	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Усилие при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 12.5	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Удлинение при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 700	ПРОЦ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения)	≤ 2	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Размер	7,5		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
10	Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные 22.19.60.113-00000001	Стерильность	Стерильное изделие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Пара (2 шт.)						
		Материал изделия	Латекс гевеи		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внутренняя поверхность	Неопудрена		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Антибактериальные свойства	Отсутствуют		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Форма перчатки	Анатомически правильная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Расположение большого пальца	В направлении ладони		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внешняя поверхность	Текстурированная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внутренняя поверхность	С полимерным покрытием		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Цвет перчатки	Коричневый или черный		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Длина перчатки	≥ 280	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Толщина (палец)	≥ 0.13 и ≤ 0.18	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Усилие при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 12.5	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Удлинение при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 700	ПРОЦ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения)	≤ 2	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Размер	8		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
11	Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные 22.19.60.113-00000001	Стерильность	Стерильное изделие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Пара (2 шт.)						
		Материал изделия	Латекс гевеи		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внутренняя поверхность	Неопудрена		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Антибактериальные свойства	Отсутствуют		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Форма перчатки	Анатомически правильная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Расположение большого пальца	В направлении ладони		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внешняя поверхность	Текстурированная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внутренняя поверхность	С полимерным покрытием		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Цвет перчатки	Коричневый или черный		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Длина перчатки	≥ 280	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Толщина (палец)	≥ 0.13 и ≤ 0.18	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Усилие при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 12.5	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Удлинение при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 700	ПРОЦ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения)	≤ 2	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Размер	8,5		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
12	Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные 22.19.60.113-00000001	Стерильность	Стерильное изделие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Пара (2 шт.)						
		Материал изделия	Латекс гевеи		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внутренняя поверхность	Неопудрена		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Антибактериальные свойства	Отсутствуют		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Форма перчатки	Анатомически правильная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Расположение большого пальца	В направлении ладони		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внешняя поверхность	Текстурированная в области пальцев и ладони		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внутренняя поверхность	С полимерным покрытием		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Манжета	С валиком		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Противоскользящая полоса внутри по краю манжеты	Есть		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Цвет перчатки	Коричневого или черного		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Длина перчатки	≥ 280	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Уровни контроля и приемлемые уровни качества (AQL)	≤ 0.65		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Толщина (палец)	≥ 0.3	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Толщина (ладонь)	≥ 0.3	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Усилие при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 12.5	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Удлинение при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 700	ПРОЦ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения)	≤ 2	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Размер	7		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
13	Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные 22.19.60.113-00000001	Стерильность	Стерильное изделие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Пара (2 шт.)						
		Материал изделия	Латекс гевеи		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внутренняя поверхность	Неопудрена		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Антибактериальные свойства	Отсутствуют		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Форма перчатки	Анатомически правильная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Расположение большого пальца	В направлении ладони		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внешняя поверхность	Текстурированная в области пальцев и ладони		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внутренняя поверхность	С полимерным покрытием		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Манжета	С валиком		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Противоскользящая полоса внутри по краю манжеты	Есть		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Цвет перчатки	Коричневого или черного		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Длина перчатки	≥ 280	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Уровни контроля и приемлемые уровни качества (AQL)	≤ 0.65		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							

		Толщина (палец)	≥ 0.3	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								
		Толщина (ладонь)	≥ 0.3	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								
		Усилие при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 12.5	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Удлинение при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 700	ПРОЦ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения)	≤ 2	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Размер	7,5		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
14	Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные 22.19.60.113-00000001	Стерильность	Стерильное изделие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Пара (2 шт.)							
		Материал изделия	Латекс гевеи		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Внутренняя поверхность	Неопудрена		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Антибактериальные свойства	Отсутствуют		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Форма перчатки	Анатомически правильная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Расположение большого пальца	В направлении ладони		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Внешняя поверхность	Текстурированная в области пальцев и ладони		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Внутренняя поверхность	С полимерным покрытием		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Манжета	С валиком		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Противоскользящая полоса внутри по краю манжеты	Есть		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Цвет перчатки	Коричневого или черного		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Длина перчатки	≥ 280	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								
		Уровни контроля и приемлемые уровни качества (AQL)	≤ 0.65		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								
		Толщина (палец)	≥ 0.3	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								
		Толщина (ладонь)	≥ 0.3	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								
		Усилие при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 12.5	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Удлинение при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 700	ПРОЦ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения)	≤ 2	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Размер	8		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
15	Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные 22.19.60.113-00000001	Стерильность	Стерильное изделие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Пара (2 шт.)							
		Материал изделия	Латекс гевеи		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Внутренняя поверхность	Неопудрена		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Антибактериальные свойства	Отсутствуют		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Форма перчатки	Анатомически правильная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Расположение большого пальца	В направлении ладони		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Внешняя поверхность	Текстурированная в области пальцев и ладони		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Внутренняя поверхность	С полимерным покрытием		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Манжета	С валиком		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Противоскользящая полоса внутри по краю манжеты	Есть		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Цвет перчатки	Коричневого или черного		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Длина перчатки	≥ 280	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								
		Уровни контроля и приемлемые уровни качества (AQL)	≤ 0.65		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								
		Толщина (палец)	≥ 0.3	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								
		Толщина (ладонь)	≥ 0.3	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								
		Усилие при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 12.5	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Удлинение при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 700	ПРОЦ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения)	≤ 2	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Размер	8,5		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
16	Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные 22.19.60.113-00000001	Стерильность	Стерильное изделие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Пара (2 шт.)							
		Материал изделия	Латекс гевеи		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Внутренняя поверхность	Неопудрена		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Антибактериальные свойства	Отсутствуют		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Форма перчатки	Анатомически правильная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Расположение большого пальца	В направлении ладони		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Внешняя поверхность	Текстурированная в области пальцев и ладони		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Внутренняя поверхность	С полимерным покрытием		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Манжета	С валиком		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Противоскользящая полоса внутри по краю манжеты	Есть		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Цвет перчатки	Коричневого или черного		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Длина перчатки	≥ 280	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								
		Уровни контроля и приемлемые уровни качества (AQL)	≤ 0.65		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								
		Толщина (палец)	≥ 0.3	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								
		Толщина (ладонь)	≥ 0.3	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								
		Усилие при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 12.5	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Удлинение при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 700	ПРОЦ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения)	≤ 2	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Размер	9		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
17	Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные 22.19.60.113-00000001	Стерильность	Стерильное изделие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Пара (2 шт.)							
		Материал изделия	Латекс гевеи		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Внутренняя поверхность	Неопудрена		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Антибактериальные свойства	Отсутствуют		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Форма перчатки	Анатомически правильная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Расположение большого пальца	В направлении ладони		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Внешняя поверхность	Текстурированная в области пальцев и ладони		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Внутренняя поверхность	С полимерным покрытием		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Наличие увлажняющих компонентов на внутренней поверхности перчатки	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Цвет перчатки	Синего или зеленого спектра		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Манжета	Без венчика с адгезивной полосой		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Длина перчатки	≥ 280	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								
		Толщина (в области ладони)	≥ 0.18 и ≤ 0.2	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								
		Толщина (в области манжеты)	≥ 0.2	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								

		Усилие при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 12.5	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Удлинение при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 700	ПРОЦ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения)	≤ 2	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Размер	7		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
18	Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные 22.19.60.113-00000001	Стерильность	Стерильное изделие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Пара (2 шт.)							
		Материал изделия	Латекс гевеи		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Внутренняя поверхность	Неопудрена		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Антибактериальные свойства	Отсутствуют		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Форма перчатки	Анатомически правильная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Расположение большого пальца	В направлении ладони		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Внешняя поверхность	Текстурированная в области пальцев и ладони		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Внутренняя поверхность	С полимерным покрытием		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Наличие увлажняющих компонентов на внутренней поверхности перчатки	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Цвет перчатки	Синего или зеленого спектра		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Манжета	Без венчика с адгезивной полосой		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Длина перчатки	≥ 280	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								
		Толщина (в области ладони)	≥ 0.18 и ≤ 0.2	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								
		Толщина (в области манжеты)	≥ 0.2	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								
		Усилие при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 12.5	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Удлинение при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 700	ПРОЦ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения)	≤ 2	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Размер	8		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
19	Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые 22.19.60.113	Стерильность	Стерильное изделие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	упак							
		Материал изделия	Латекс гевеи		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Внутренняя поверхность	Неопудрена		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Антибактериальные свойства	Отсутствуют		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Комплектность: Система двойных перчаток состоящая из внешней перчатки предварительно надетой на внутреннюю перчатку	Соответствует		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Внешняя перчатка (Пара (2 шт.)	1		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Внутренняя перчатка (Пара (2 шт.)	1		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Форма внешней и внутренней перчатки	Анатомически правильная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Расположение большого пальца внешней и внутренней перчатки	В направлении ладони		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Манжета внутренней и внешней перчатки	С валиком и адгезивной полосой		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Цвет внутренней перчатки	Синего или зеленого спектра		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Цвет внешней перчатки	Белый или светло-бежевый		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Внутренняя поверхность (внутренняя перчатка)	С полимерным покрытием		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Наличие увлажняющих компонентов на внутренней поверхности (внутренняя перчатка)	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Внешняя поверхность (внешняя перчатка)	Текстурированная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Длина внутренней перчатки	≥ 280	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								
		Длина внешней перчатки	≥ 280	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								
		Толщина (в области ладони) (внешняя перчатка)	≥ 0.18	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								
		Толщина (в области ладони) (внутренняя перчатка)	≥ 0.18	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								
		Усилие при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 12.5	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Удлинение при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 750	ПРОЦ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения)	≤ 2	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Уровни контроля и приемлемые уровни качества (AQL)	≤ 0.65		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								
		Упаковка	4	ШТ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Размер	7,5		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
20	Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые 22.19.60.113	Стерильность	Стерильное изделие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	упак							
		Материал изделия	Латекс гевеи		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Внутренняя поверхность	Неопудрена		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Антибактериальные свойства	Отсутствуют		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Комплектность: Система двойных перчаток состоящая из внешней перчатки предварительно надетой на внутреннюю перчатку	Соответствует		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Внешняя перчатка (Пара (2 шт.)	1		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Внутренняя перчатка (Пара (2 шт.)	1		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Форма внешней и внутренней перчатки	Анатомически правильная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Расположение большого пальца внешней и внутренней перчатки	В направлении ладони		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Манжета внутренней и внешней перчатки	С валиком и адгезивной полосой		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Цвет внутренней перчатки	Синего или зеленого спектра		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Цвет внешней перчатки	Белый или светло-бежевый		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Внутренняя поверхность (внутренняя перчатка)	С полимерным покрытием		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Наличие увлажняющих компонентов на внутренней поверхности (внутренняя перчатка)	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Внешняя поверхность (внешняя перчатка)	Текстурированная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Длина внутренней перчатки	≥ 280	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								
		Длина внешней перчатки	≥ 280	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								
		Толщина (в области ладони) (внешняя перчатка)	≥ 0.18	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								
		Толщина (в области ладони) (внутренняя перчатка)	≥ 0.18	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								
		Усилие при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 12.5	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Удлинение при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 750	ПРОЦ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения)	≤ 2	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Уровни контроля и приемлемые уровни качества (AQL)	≤ 0.65		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								
		Упаковка	4	ШТ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Размер	8,0		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
21	Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные 22.19.60.113-00000001	Стерильность	Стерильное изделие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Пара (2 шт.)							
		Материал изделия	Латекс гевеи		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Внутренняя поверхность	Неопудрена		Значение характеристики не может изменяться участником закупки								

		Антибактериальные свойства	Отсутствуют		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Форма перчатки	Анатомически правильная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Расположение большого пальца	В направлении ладони		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внешняя поверхность	Текстурированная в области пальцев и ладони		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внутренняя поверхность	С полимерным покрытием		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Экранизирующие добавки	Оксид висмута		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Наличие свинца в составе	Отсутствует		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Толщина свинца эквивалентная экранизирующей способности оксида висмута (указывается на упаковке)	≥ 0.03	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Манжета	С валиком		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Длина перчатки	≥ 280	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Толщина (в области ладони)	≤ 0.38	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Усилие при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 12.5	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Удлинение при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 700	ПРОЦ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения)	≤ 2	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Размер	7,5		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
22	Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные 22.19.60.113-00000001	Стерильность	Стерильное изделие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Пара (2 шт.)						
		Материал изделия	Латекс гевеи		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внутренняя поверхность	Неопудрена		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Антибактериальные свойства	Отсутствуют		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Форма перчатки	Анатомически правильная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Расположение большого пальца	В направлении ладони		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внешняя поверхность	Текстурированная в области пальцев и ладони		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Внутренняя поверхность	С полимерным покрытием		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Экранизирующие добавки	Оксид висмута		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Наличие свинца в составе	Отсутствует		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Толщина свинца эквивалентная экранизирующей способности оксида висмута (указывается на упаковке)	≥ 0.03	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Манжета	С валиком		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Длина перчатки	≥ 280	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Толщина (в области ладони)	≤ 0.38	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							
		Усилие при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 12.5	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Удлинение при разрыве (до ускоренного старения)	≥ 700	ПРОЦ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения)	≤ 2	Н	Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
		Размер	8		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							

Срок поставки: с момента заключения контракта по 16 декабря 2025г., по заявке Заказчика, в течение 10 календарных дней с момента получения заявки (не более 15 заявок)

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Красная клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.
Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте mkolesnikaya@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-6, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92
Предложения принимаются в срок до 20.02.2025 17:00:00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы_____Алешечкина Е.А.

Исполнитель:
Заведующая аптекой _____Попова Елена Вячеславовна, тел. +7 (391) 226-99-29

Сотрудник, осуществляющий сбор ценовой информации:
Колесник И.С. _____ специалист, тел. 226-99-24

* Для подтверждения происхождения товаров, указанных в позициях 1 - 145 приложения N 1 к ПП РФ 1875 от 23.12.2024, позиции 1 - 433 приложения N 2 к настоящему постановлению, приложения N 3 к постановлению, из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации;

Для подтверждения происхождения товаров, указанных в позициях 1 - 145 приложения N 1 к ПП РФ 1875 от 23.12.2024, позиции 1 - 433 приложения N 2 к настоящему постановлению, приложения N 3 к постановлению, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза.