

Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняк, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 220-16-13
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@medgorod.ru
Http:\\ www.medgorod.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001

Руководителю

18.04. 2018 г. №. 238-2018
На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит Вас направить коммерческое предложение на право поставки медицинского оборудования:

Наименование товара	
Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные настенные	
Наименование параметра	Наличие функции или требуемая величина параметра
1. Общие требования	
Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития	Приложить копию к заявке
Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России	Наличие при поставке
Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке	Наличие при поставке
Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации	Наличие при поставке
Техническая (сервисная) документация	Наличие при поставке
Гарантия, подтвержденная производителем	Не менее 12 месяцев
Доставка до склада заказчика	Наличие
Срок поставки	Не более 30 дней с момента подписания контракта
2. Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:	
2.1. Облучатель-рециркулятор для помещений I-V категорий (указать модель в соответствии с регистрационным удостоверением)	5 шт.
Технические и функциональные характеристики облучателя-рециркулятора для помещений I-V категорий:	
Исполнение	настенное

Наименование параметра	Наличие функции или требуемая величина параметра
Бактерицидная эффективность	не менее 99,9 %
Производительность	не менее 90 м ³
Источник излучения - ртутная газоразрядная лампа низкого давления с трубчатой стеклянной колбой, безозоновая	наличие
Мощность одной лампы	не менее 15 Вт
Количество ламп в облучателе	не менее 5 шт.
Срок службы ламп	не менее 9000 часов
Номинальная длина волны излучения	253,7 нм
Работает в присутствии людей (закрытого типа)	наличие
Счетчик часов отработанного времени ламп, обнуление при замене ламп	наличие
Индивидуальная сигнализация выхода из строя ультрафиолетовых ламп и вентиляторов	наличие
Потребляемая мощность от сети 220 В/50 Гц	не более 150 Вт
Уровень шума	не более 46 дБ
Фильтровальный блок на входе со сменным воздушным фильтром	наличие
Наличие сменных воздушных фильтров	не менее 12 шт. на единицу товара
Конструкция корпуса рециркулятора позволяет проводить замену воздушного фильтра без применения инструмента	наличие
Габариты	не более 90x40x15 см
Вес	не более 5,5 кг
2.2. Облучатель-рециркулятор для помещений II-V категорий <i>(указать модель в соответствии с регистрационным удостоверением)</i>	15 шт.
Технические и функциональные характеристики облучателя-рециркулятора для помещений II-V категорий:	
Исполнение	настенное
Бактерицидная эффективность	не менее 99,0 %
Производительность	не менее 90 м ³
Источник излучения - ртутная газоразрядная лампа низкого давления с трубчатой стеклянной колбой, безозоновая	наличие
Мощность одной лампы	не менее 15 Вт
Количество ламп в облучателе	не менее 3 шт.
Срок службы ламп	не менее 9000 часов
Номинальная длина волны излучения	253,7 нм
Работает в присутствии людей (закрытого типа)	наличие
Счетчик часов отработанного времени ламп, обнуление при замене ламп	наличие
Индивидуальная сигнализация выхода из строя	наличие


Наименование параметра	Наличие функции или требуемая величина параметра
ультрафиолетовых ламп и вентиляторов	
Потребляемая мощность от сети 220 В/50 Гц	не более 100 Вт
Уровень шума	не более 46 дБ
Фильтровальный блок на входе со сменным воздушным фильтром	наличие
Наличие сменных воздушных фильтров	не менее 12 шт. на единицу товара
Конструкция корпуса рециркулятора позволяет проводить замену воздушного фильтра без применения инструмента	наличие
Габариты	не более 90х40х15 см
Вес	не более 5,0 кг

Цена должна быть указана в рублях с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 18.04.2018 г. 16.00 часов по местному времени.

Руководитель контрактной службы



И.О. Куликова

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91

