

Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняк, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 220-16-13
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@medgorod.ru
Http:\\ www.medgorod.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001

Руководителю

«16» 04 2018 г. № 248-2018
На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит направить коммерческое предложение на поставку медицинского оборудования:

№	Наименование	Кол-во
1	Противопролежневая система <i>(указать модель в соответствии с регистрационным удостоверением)</i>	3 шт.

№	Наименование параметра	Наличие функции или требуемая величина параметра
1. Общие требования		
1.1	Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития	Приложить копию к заявке
1.2	Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России	Наличие при поставке
1.5	Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке	Наличие при поставке
1.6	Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации	Наличие при поставке
1.7	Техническая (сервисная) документация	Наличие при поставке
1.8	Гарантия, подтвержденная производителем	Не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
1.9	Доставка до места монтажа	Наличие
1.12	Срок поставки	Не более 30 дней с момента подписания контракта
2. Технические и функциональные характеристики		
2.1	Система состоит из воздушного компрессора с блоком управления и ячеистого надувного матраса, соединяемых посредством воздушных шлангов	Наличие
	Статический режим, регулировка уровня жесткости матраса в зависимости от веса пациента	Наличие


№	Наименование параметра	Наличие функции или требуемая величина параметра
	Количество контуров ячеек	Не менее 2
2.2	Ячеистый матрас:	Наличие
	материал – нетоксичный гипоаллергенный поливинилхлорид, соответствующий требованиям обработки и дезинфекции	Наличие
	куполообразные ячейки с вентиляционными отверстиями	Наличие
	габариты	Не менее 200*90*7 см
	максимальная нагрузка	Не менее 135 кг
	ремонтный комплект, включающий клей и заплатки	Наличие
2.3	Воздушный компрессор:	Наличие
	ручная регулировка давления	Наличие
	периодичность цикла	Не более 12 минут
	непрерывный 24-часовой режим работы	Наличие
	давление в диапазоне	От 50 до 110 мм рт. ст
	уровень шума	Не более 28 дБ
	электропитание	220 В/50 Гц
	габариты	Не более 28*15*10 см
	воздушный фильтр	Наличие

Цена должна быть указана в рублях с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 24.04.2018 г. в 16.00 часов по местному времени.

И.О. Руководителя контрактной службы



Е.А. Алешечкина

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91

