



7	Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные 22.19.60.119-00000008	Внутренняя поверхность перчаток		Неопудрена	Ввиду того что технические регламенты, стандарты и иные требования, предусмотренные законодательством РФ о техническом регулировании, не могут в полной мере охватить все необходимые заказчику функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки, в том числе товара, используемого при выполнении работ и оказании услуг, документация содержит иные показатели, требования, условные обозначения связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика и специфичной работы врачей в учреждении. Дополнительные требования установлены в соответствии с п.5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. №145, в связи с невозможностью иного описания и для наиболее полного и объективного описания объекта закупки с учетом положений статьи 33 закона №44-ФЗ были указаны дополнительные характеристики закупаемой продукции которые имеют существенное значение для удовлетворения потребности Заказчика.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	пара	5000
		Содержат антибактериальные вещества/материалы		Нет		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Текстурированные на пальцах		Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Внутренняя поверхность перчаток с полимерным покрытием		Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Однородная толщина (в области ладони)	мм	≥ 0.08		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
		Толщина одной стенки в манжете	мм	≥ 0.08		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
		Толщина одной стенки в пальце	мм	≥ 0.11		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
		Длина	мм	≥220		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
		Размер		S		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Кривая клиническая больница г. Красноярск.

Срок поставки: в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта

Информацию необходимо направить до 17.00 22.01.2024 г. по факсу (391) 220-15-18, по электронной почте: [zakunki@medgorod.ru](mailto:zakunki@medgorod.ru), [anteka@medgorod.ru](mailto:anteka@medgorod.ru) и по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железника 3-6.

Юрисконсульта отдела обеспечения государственных закупок \_\_\_\_\_ /Аленский Е.А.

Исполнитель: *Е.В.* Попова Е.В. зав. аптекой, тел. 226-99-29

Сотрудник, осуществляющий сбор ценовой информации: \_\_\_\_\_ /Филиппова С.А. менеджер, тел. 226-99-24