

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
 Краевая клиническая больница
 ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022
 Телефон: 8 (391) 226-99-97
 Факс: 8 (391) 226-16-23
 E-mail: kkb@medgorod.ru
 http://www.kkb1.krasnoyarsk.ru
 ОКПО 01913234
 ИНН 2404046503/0702465014
 22.07.2024 г. № 44-2024
 На № _____ от _____

Руководителю

Уважаемый руководитель!

Администрация краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница» просит представить коммерческое предложение с указанием цены на следующий товар:

№ п/п	Наименование товара, код позиции КТРУ	Наименование характеристики	Единица	Значение характеристики	Обоснование необходимости использования характеристики	Инструкция по заполнению характеристик и значения характеристика	Единица измерения	Количество ***
1	Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные 22.19.60.119-00000008	Стерильность		нестерильные	Ввиду того что технические регламенты, стандарты и иные требования, предусмотренные законодательством РФ о техническом регулировании, не могут в полной мере охватить все необходимые заказчику функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки, в том числе товара, используемого при выполнении работ и оказании услуг, документация содержит иные показатели, требования, условные обозначения связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика и спецификой работы врачей в учреждении. Дополнительные требования установлены в соответствии с п.5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. №145, в связи с невозможностью иного описания и для наиболее полного и объективного описания объекта закупки с учетом положений статьи 33 закона №44-ФЗ были указаны дополнительные характеристики закупочной продукции которые имеют существенное значение для удовлетворения потребности Заказчика.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	пара	16 300
		Материал перчатки		Нитрильный латекс (нитрил)		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Внутренняя поверхность перчаток		Неопудрена		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Содержат антибактериальные вещества/материалы		Нет		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Текстурирование на пальцах		Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Внутренняя поверхность перчаток с полимерным покрытием		Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Односторонняя толщина (в области ладони)	мм	≥ 0.08		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
		Толщина одной стенки в манжете	мм	≥ 0.08		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
		Толщина одной стенки в пальце	мм	≥ 0.11		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
		Длина	мм	≥220		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
Размер		S	Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
2	Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные 22.19.60.119-00000008	Стерильность		нестерильные	Ввиду того что технические регламенты, стандарты и иные требования, предусмотренные законодательством РФ о техническом регулировании, не могут в полной мере охватить все необходимые заказчику функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки, в том числе товара, используемого при выполнении работ и оказании услуг, документация содержит иные показатели, требования, условные обозначения связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика и спецификой работы врачей в учреждении. Дополнительные требования установлены в соответствии с п.5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. №145, в связи с невозможностью иного описания и для наиболее полного и объективного описания объекта закупки с учетом положений статьи 33 закона №44-ФЗ были указаны дополнительные характеристики закупочной продукции которые имеют существенное значение для удовлетворения потребности Заказчика.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	пара	70 000
		Материал перчатки		Нитрильный латекс (нитрил)		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Внутренняя поверхность перчаток		Неопудрена		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Содержат антибактериальные вещества/материалы		Нет		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Текстурирование на пальцах		Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Внутренняя поверхность перчаток с полимерным покрытием		Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Односторонняя толщина (в области ладони)	мм	≥ 0.08		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
		Толщина одной стенки в манжете	мм	≥ 0.08		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
		Толщина одной стенки в пальце	мм	≥ 0.11		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
		Длина	мм	≥220		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
Размер		M	Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
3	Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные 22.19.60.119-00000008	Стерильность		нестерильные	Ввиду того что технические регламенты, стандарты и иные требования, предусмотренные законодательством РФ о техническом регулировании, не могут в полной мере охватить все необходимые заказчику функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки, в том числе товара, используемого при выполнении работ и оказании услуг, документация содержит иные показатели, требования, условные обозначения связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика и спецификой работы врачей в учреждении. Дополнительные требования установлены в соответствии с п.5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. №145, в связи с невозможностью иного описания и для наиболее полного и объективного описания объекта закупки с учетом положений статьи 33 закона №44-ФЗ были указаны дополнительные характеристики закупочной продукции которые имеют существенное значение для удовлетворения потребности Заказчика.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	пара	40 000
		Материал перчатки		Нитрильный латекс (нитрил)		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Внутренняя поверхность перчаток		Неопудрена		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Содержат антибактериальные вещества/материалы		Нет		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Текстурирование на пальцах		Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Внутренняя поверхность перчаток с полимерным покрытием		Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Односторонняя толщина (в области ладони)	мм	≥ 0.08		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
		Толщина одной стенки в манжете	мм	≥ 0.08		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
		Толщина одной стенки в пальце	мм	≥ 0.11		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
		Длина	мм	≥220		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
Размер		L	Значение характеристики не может изменяться участником закупки					

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.
 Срок поставки: в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта

Информацию необходимо направлять до 17:00 25.01.2024 г. по факсу (391) 220-15-18, по электронной почте: zskubs@medgorod.ru, apteka@medgorod.ru и по адресу г. Красноярск, ул. Паризана Железняка 3-6.

Юрисконсульта отдела обеспечения государственных закупок _____ /Александрова Е.А.

Исполнитель: Лопова Е.В. зав. аптекой, тел. 226-99-20

Сотрудник, осуществляющий сбор ценовой информации: Шенникова С.А. менеджер, тел. 226-99-24