

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена без * учета НДС, рублей | Ставка НДС (если применимы для предлагаемого медицинского изделия в соответствии ИП №688), % | Цена с НДС, рублей | Страна происхождения | Остаточный срок годности |
|-------|--|---|--------------|------------|------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гелевые, нестерилизованные, неопудренные, нестерильные | Перчатки смотровые (диагностические) из латекса гелев., с полимерным покрытием, без опудривания. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,08мм. Толщина одной стенки в манжете не менее 0,08мм. Толщина одной стенки в пальце не менее 0,11мм. Длина не менее 220 мм. Размер (S). | Пара (2 шт.) | 100 | | | | | |
| 2 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гелевые, нестерилизованные, неопудренные, нестерильные | Перчатки смотровые (диагностические) из латекса гелев., с полимерным покрытием, без опудривания. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,08мм. Толщина одной стенки в манжете не менее 0,08мм. Толщина одной стенки в пальце не менее 0,11мм. Длина не менее 230 мм. Размер (M). | Пара (2 шт.) | 100 | | | | | |
| 3 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гелевые, нестерилизованные, неопудренные, нестерильные | Перчатки смотровые (диагностические) из латекса гелев., с полимерным покрытием, без опудривания. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,08мм. Толщина одной стенки в манжете не менее 0,08мм. Толщина одной стенки в пальце не менее 0,11мм. Длина не менее 230 мм. Размер (L). | Пара (2 шт.) | 200 | | | | | |
| 4 | Перчатки хирургические из латекса гелевые, нестерилизованные | Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные. Манжета с валиком. Способ стерилизации: двойная хлоринация, 1,0 - коэффициент качества. Длина не менее 260 мм. Ширина не менее 78 мм не более 88 мм. Толщина не менее 0,10 мм для гладкой и не менее 0,13 мм - для текстурированной поверхности. Перчатки упакованы в двойную индивидуальную упаковку (внутреннюю и внешнюю). Размер 6,5 | Пара (2 шт.) | 100 | | | | | |
| 5 | Перчатки хирургические из латекса гелевые, нестерилизованные | Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные. Манжета с валиком. Способ стерилизации: двойная хлоринация, 1,0 - коэффициент качества. Длина не менее 270 мм. Ширина не менее 84 мм не более 94 мм. Толщина не менее 0,10 мм для гладкой и не менее 0,13 мм - для текстурированной поверхности. Перчатки упакованы в двойную индивидуальную упаковку (внутреннюю и внешнюю). Размер 7,0. | Пара (2 шт.) | 200 | | | | | |
| 6 | Перчатки хирургические из латекса гелевые, нестерилизованные | Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные. Манжета с валиком. Способ стерилизации: двойная хлоринация, 1,0 - коэффициент качества. Длина не менее 270 мм. Ширина не менее 96 мм не более 108 мм. Толщина не менее 0,10 мм для гладкой и не менее 0,13 мм - для текстурированной поверхности. Перчатки упакованы в двойную индивидуальную упаковку (внутреннюю и внешнюю). Размер 8,0 | Пара (2 шт.) | 200 | | | | | |
| 7 | Перчатки хирургические из латекса гелевые, нестерилизованные | Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные. Манжета с валиком. Способ стерилизации: двойная хлоринация, 1,0 - коэффициент. Длина не менее 280мм. Ширина не менее 102 мм не более 114мм. Толщина не менее 0,10 мм для гладкой и не менее 0,13 мм - для текстурированной поверхности. Перчатки упакованы в двойную индивидуальную упаковку (внутреннюю и внешнюю). Размер 8,5 | Пара (2 шт.) | 200 | | | | | |
| 8 | Перчатки хирургические из латекса гелевые, нестерилизованные | Перчатки смотровые латексные нестерильные для клинико - диагностических процедур, в условиях повышенного риска**. Характеристики прочности: прочность на разрыв не менее 8 Н (значение параметра не требует конкретизации), одинарная толщина ладони не менее 0,26 мм. Манжета удлиненная - длина не менее 300 мм, для обеспечения устойчивости к механическим повреждениям и защиты от воздействия химически агрессивных сред. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Текстурированные на пальцах для захвата инструментов. Размер S | Пара (2 шт.) | 100 | | | | | |
| 9 | Перчатки хирургические из латекса гелевые, нестерилизованные | Перчатки смотровые латексные нестерильные для клинико - диагностических процедур, в условиях повышенного риска**. Характеристики прочности: прочность на разрыв не менее 8 Н (значение параметра не требует конкретизации), одинарная толщина ладони не менее 0,26 мм. Манжета удлиненная - длина не менее 300 мм, для обеспечения устойчивости к механическим повреждениям и защиты от воздействия химически агрессивных сред. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Текстурированные на пальцах для захвата инструментов. Размер M | Пара (2 шт.) | 300 | | | | | |
| 10 | Перчатки хирургические из латекса гелевые, нестерилизованные | Перчатки смотровые латексные нестерильные для клинико - диагностических процедур, в условиях повышенного риска**. Характеристики прочности: прочность на разрыв не менее 8 Н (значение параметра не требует конкретизации), одинарная толщина ладони не менее 0,26 мм. Манжета удлиненная - длина не менее 300 мм, для обеспечения устойчивости к механическим повреждениям и защиты от воздействия химически агрессивных сред. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Текстурированные на пальцах для захвата инструментов. Размер L | Пара (2 шт.) | 300 | | | | | |

*п.9 Приказ Минздрава России от 15.05.2020 N 450н "Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий")

**Требуемые характеристики обусловлены особенностями проводимых процедур (формат приемного и операционного отделения -ВИЧ, депатит, и RW-положительные пациенты), а так же необходимостью дополнительной защиты рук персонала при длительной работе в перчатках.

Срок поставки: в течение 10 рабочих дней.

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Красная клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железника, 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железника 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-91

Предложения принимаются в срок до 31.03.2022 17:00:00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы _____ Алешичина Е.А./

Исполнитель:  Попова Е.В. зав. аптекой, тел. 220-15-18