

5	Партия хирургические на латекса гевес, неопурчиные 22.19.60.113-00000001	Антибактериальные свойства		Отсутствуют	В соответствии с КТРУ	Пара (2 шт.)	20 000				
		Маркировка		С латинком	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Способ стерилизации		Двойная химическая	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Уровни контроля и предельные уровни качества (АОЛ)		1,0	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Длина	Миллиметр	≥ 260	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Ширина	Миллиметр	≥ 78 и ≤ 88	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Толщина (гладкая поверхность)	Миллиметр	$\geq 0,10$	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Толщина (густоуроваленная поверхность)	Миллиметр	$\geq 0,13$	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Размер		8,5	В соответствии с поурбностью Заявления						
		Стерильность		Стерильные	В соответствии с КТРУ						
6	Партия хирургические на латекса гевес, неопурчиные 22.19.60.113-00000001	Маркировка		Латекс гевес	В соответствии с КТРУ	Пара (2 шт.)	6 000				
		Внутренняя поверхность		Латекс гевес	В соответствии с КТРУ						
		Антибактериальные свойства		Изонурция	В соответствии с КТРУ						
		Антибактериальные свойства		Отсутствуют	В соответствии с КТРУ						
		Маркировка		С латинком	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Способ стерилизации		Двойная химическая	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Уровни контроля и предельные уровни качества (АОЛ)		1,0	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Длина	Миллиметр	≥ 260	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Ширина	Миллиметр	≥ 78 и ≤ 88	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
		Толщина (гладкая поверхность)	Миллиметр	$\geq 0,1$	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004						
Толщина (густоуроваленная поверхность)	Миллиметр	$\geq 0,13$	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004								
Размер		9,0	В соответствии с поурбностью Заявления								
Стерильность		Стерильные	В соответствии с КТРУ								
Маркировка		Латекс гевес	В соответствии с КТРУ								
Внутренняя поверхность		Изонурция	В соответствии с КТРУ								
Антибактериальные свойства		Отсутствуют	В соответствии с КТРУ								
Маркировка		С латинком	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004								
Способ стерилизации		Двойная химическая	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004								
Уровни контроля и предельные уровни качества (АОЛ)		1,0	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004								
Длина	Миллиметр	≥ 260	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004								
Ширина	Миллиметр	≥ 78 и ≤ 88	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004								
Толщина (гладкая поверхность)	Миллиметр	$\geq 0,1$	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004								
Толщина (густоуроваленная поверхность)	Миллиметр	$\geq 0,13$	В соответствии с ГОСТ Р 52238-2004								

Срок поставки: с 01 января по 16 декабря 2025г., в соответствии с графиком поставок

Цена должна быть указана с учетом доставки до КТБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте sobolevska@medkoi.ru или по адресу: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92

Предложения принимаются в срок до 18.07.2024 17:00:00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы:  Адилшенкина Е.А.

Неполный:  Потова Елена Вячеславовна, тел. +7 (391) 226-99-29

Заведующая анкетой

Сотрудник, осуществляющий сбор ценовой информации:

Вягина А.Е.,  провизор отдела закупок, тел. 226-99-24