

Краевое государственное бюджетное учреждение
здравоохранения

Руководителю

Краевая клиническая больница
ул. П. Железняк, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 220-16-13
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@medgorod.ru
Http://www.kkb1.krasu.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001

20.07 2 018 г. №. 8/14
На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего
товара:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, рублей	Страна происхождения/ Производитель
1	Противопролежневая система	№ Наименование объекта закупки Количество, комплектов 1 Матрац противопролежневый трубчатый 22 № п/п Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару Значения параметров 1. Общие требования: Регистрационное удостоверение Минздрава Наличие Сертификат соответствия РФ Наличие 2. Назначение: Уменьшение давления тела пациента на кровать, профилактика пролежней Наличие 3. Условия эксплуатации: 4. Технические требования к матрасу Материал матраса - нейлона Наличие Лазерная микроперфорация в материале матраса для обдува тела пациента Наличие Система поочередно накачиваемых и сдуваемых воздушных камер в виде труб для создания противопролежневого эффекта Наличие Количество воздушных камер в форме баллонов, шт. Не менее 18 Эффект непрерывного массажа	шт.	22		

		<p>Наличие</p> <p>Регулировка давления в зависимости от веса пациента</p> <p>Наличие</p> <p>Статическая функция Наличие</p> <p>Клапан экстренного спуска воздуха из всех камер матраса</p> <p>Наличие</p> <p>Максимально допустимая нагрузка, кг Не менее 150</p> <p>Размер, ДхШхВ, мм Не менее 1900х900х85</p> <p>Вес, кг Не более 4,5</p> <p>5. Технические требования к воздушному насосу (компрессору)</p> <p>Непрерывный режим работы</p> <p>Наличие</p> <p>Встроенный регулятор давления</p> <p>Наличие</p> <p>Индикатор нормально давления</p> <p>Наличие</p> <p>Индикатор пониженного давления</p> <p>Наличие</p> <p>Кнопка статической функции</p> <p>Наличие</p> <p>Воздушный фильтр Наличие</p> <p>Крючки для крепления к кровати</p> <p>Наличие</p> <p>Рабочее давление, кПа 20 ± 1</p> <p>Длительность цикла, минут Не менее 12</p> <p>Габариты, мм Не более 260х120х80</p> <p>Масса, кг Не более 1,5</p> <p>5. Комплектация:</p> <p>Матрац противопролежневый 1 шт</p> <p>Трубка соединительная (сдвоенная) 1 шт</p> <p>Насос воздушный (компрессор) 1 шт</p> <p>Защитная простыня 1 шт</p> <p>Паспорт 1 шт</p> <p>Код ОКПД 32.50.21.112 - Оборудование терапевтическое</p>			
--	--	--	--	--	--

Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана

Железняк 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04

Предложения принимаются в срок до 24.07.2018 17:00:00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы _____ /Куликова И.О./

Исполнитель:

Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91