

011 03.09

Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняк, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 220-16-13
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@medqorod.ru
Http://www.kkb1.krasu.ru
ОКПО 01913234

Руководителю

ИНН/КПП 2465030876/246501001

05.09. 2018 г. № 891-18
На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право оказания услуг:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, рублей	Страна происхождения
1	Техническое обслуживание и ремонт лабораторного оборудования	Приложение № 2 к информационной карте Описание объекта закупки № Для выполнения работ и (или) услуг с использованием товара 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание автоматического гемато-логического анализатора 2 Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг 2.1. Техническое обслуживание автоматического гематологического анализатора ХТ-4000i, сер. № 12512, производства «Сисмекс Корпорэйшн», Япония, с заменой запасных частей - Проверка состояния и по необходимости очистка элементов пневматической системы анализатора - Проверка стабильности и корректировка рабочих значений давления и вакуума анализатора - Проверка герметичности соединительных элементов и трубок гидравлической системы - Проверка пережимных клапанов и замена пережимных трубок - Проверка шприцевого насоса подачи образца в блок FCM - Проверка шприцевого насоса подачи образца в блок измерения RBC/PLT	усл.	1		

- Проверка устройства захвата пробирок

- Проверка прокалывающего устройства

- Проверка тефлоновых сальников на шприце забора пробы

- Проверка состояния реакционных камер (переполнение и кристаллизация), камер блока измерения HGB и блока измерения RBC/PLT, очистка при необходимости

- Проверка состояния и функционирования автоматического податчика штативов

- Настройка электрической цепи измерения HGB, RBC Clog

- Проверка параметров оптической системы FSC, SSC и SFL с использованием специализированных латексных суспензий

- Проверка калибровки параметров измерения и при необходимости их калибровка

- Проверка настройка чувствительности измерения BASO-X, DIFF-X, RBC-Y с использованием контрольных материалов заказчика и свежих образцов крови

- Резервное копирование настроек IPU

- Заполнение журнала технического обслуживания заказчика

2.2. Перечень запасных частей, входящих в регламентный профнабор и подлежащих замене при оказании услуг:

- Биологически совместимая трубка BPT ¼ IN X 1/8 IN, каталожный номер 44264865 (применяется в работе пережимного клапана) – 10 дм

- Биологически совместимая трубка BPT 1/32 IN X 5/32 IN, каталожный номер 44264834 (применяется в работе пережимного клапана) – 10 дм

- Сальник тефлоновый AR401-P9-XC (предотвращает протекание жидкости из FCM Sheath Syringe или RBC Sheath Syringe через поршень), каталожный номер 34682197 – 2 шт.

- Блок шприца SYRINGE UNIT № 8 (C2/XT), каталожный номер 94322324 – 1 шт.

- Шприц SYRINGE № 8,

каталожный номер 94322338 – 1 шт.
- Прокальватель PIERCER SET № 1 (XE/EU) NEW, каталожный номер 97105870 – 1 шт.
- Прокальватель PIERCER SET № 1 (STANDARD), каталожный номер 97105818 – 1 шт.
- HAND CLIPPER S № 4 ASSY, каталожный номер 92381080 – 1 шт.
- XT PISTON FIXTURE № 15, каталожный номер 36523479 – 2 шт.

3 Требования к качеству работ и (или) услуг:
- гарантия на замененные запчасти и выполненные работы - не менее 3 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;
- запасные части, комплектующие изделия и материалы, используемые для выполнения работ, должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, не выставочными образцами), заводской сборки, свободными от прав на них третьих лиц и других обременений, не должны быть предметом спора или залога, должны соответствовать техническим условиям, изложенным в паспорте к ним

4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:
- наличие у заявителя лицензии на техническое обслуживание медицинской техники (приложить копию к заявке);
- техническое обслуживание производится строго в соответствии с технической документацией на данное оборудование с применением инструментов, расходных материалов, программного обеспечения и других средств диагностики, контроля и непосредственного производства работ, разрешенных и рекомендованных производителем оборудования;
- наличие у исполнителя удостоверения по электробезопасности соответствующей группы допуска при выполнении работ

5 Требования к результатам работ и

		(или) услуг: составление акта оказанных услуг 6 Место выполнения работ и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, Клинико-диагностическая лаборатория 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – в течение не более 60 дней с момента заключения контракта				
--	--	---	--	--	--	--

Срок оказания услуг: не более 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04

Предложения принимаются в срок до 10.09.2018 17:00:00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы _____ /Куликова И.О./

Исполнитель:

Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91