

Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняка, 3-а, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 220-16-13
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@medgorod.ru
[Http://www.medgorod.ru](http://www.medgorod.ru)
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001

Руководителю

04.06 2018 г. №. 372-18
На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит Вас направить коммерческое предложение на поставку медицинского оборудования для оснащения строящегося объекта – «Реконструкция КГБУЗ "Краевая клиническая больница", г. Красноярск»:

№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
1	Светильник медицинский операционный		КОМПЛЕКТ	16		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения параметров
	Однокупольный потолочный светильник	Наличие
1.	Корпус плафона изготовлен из алюминия и устойчивого к царапинам однослойного безосколочного стекла	Наличие
2.	Плафон светильника состоит из алюминиевых рефлекторов с одноцветными светодиодами естественного освещения (уникальная запатентованная технология производителя)	Наличие
3.	Количество степеней вращения светильника, шт.	Не менее 5
4.	Наличие на плафоне пульта управления освещением для включения и выключения системы и регулировки освещенности	Наличие
5.	Интенсивность освещения от светильника, Люкс	Не менее 140 000
6.	Возможность минимального приглушения освещенности светильника, Люкс	Не менее 42 000
7.	Фокусируемые размеры светового пятна d10 на расстоянии 1 м от светильника, мм	С полным покрытием диапазона от 200 до 320
8.	Глубина освещенности без дополнительной фокусировки светильника, мм	Не менее 1200
9.	Рабочая зона светильника, мм	С полным покрытием диапазона от 500 до 1700
10.	Площадь излучающей поверхности светильника,	Не менее 2040

	см ²	
11.	Остаточная освещенность при затемнении одной маской относительно ЕС, %	Не менее 66
12.	Остаточная освещенность при затемнении двумя масками относительно ЕС, %	Не менее 60
13.	Остаточная освещенность при затемнении одной трубкой, %	Не менее 100
14.	Остаточная освещенность при затемнении одной трубкой и одной маской относительно ЕС, %	Не менее 65
15.	Остаточная освещенность при затемнении одной трубкой и двумя масками относительно ЕС, %	Не менее 61
16.	Цветовая температура светильника, К	Не менее 4 500
17.	Индекс ламинарного потока (измерения интенсивности турбулентности) каждого плафона светильника, %	Не менее 18
18.	Индекс ламинарного потока (измерение частиц), каждого плафона светильника	Не менее 3,6
19.	Срок службы светильника, ч	Не менее 50 000
20.	Индекс цветопередачи Ra светильника	Не менее 96
21.	Индекс передачи красного цвета светильника	Не менее 96
22.	Повышение температуры на высоте купола, град.	Не более 1
23.	Диапазон напряжения на постоянном токе, В	С полным покрытием диапазона от 20 до 33
24.	Среднее напряжение на постоянном токе, В	Не более 25
25.	Максимальное потребление тока, А	Не более 5,5
26.	Среднее потребление тока, А	Не более 2,5
27.	Потребляемая мощность при 24 В, Вт	Не более 60
28.	Вес плафона, кг	Не более 15
29.	Размеры плафона, мм	Не более 700 x 620
30.	Общий вес светильника, кг	Не более 45,0
Комплект поставки (не менее):		
31.	Светильник с регулируемой освещенностью, шт.	Не менее 1
32.	Пружинный рычаг, шт.	Не менее 1
33.	Подвесной рычаг, шт.	Не менее 1
34.	Потолочная анкерная плита, шт.	Не менее 1
35.	Потолочная труба, шт.	Не менее 1
36.	Потолочный колпак, шт.	Не менее 1
37.	Монтажная плита, шт.	Не менее 1

Цена контракта включает в себя – стоимость Товара, расходы на уплату налогов, таможенные сборы, иные обязательные платежи, упаковку, затраты по хранению, оформлению соответствующих документов, доставку до объекта, разгрузку, сборку, крепление и расстановку в помещениях согласно проектному плану, утилизацию упаковочного материала, расходы на обслуживание товара в гарантийный срок, предпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании, инструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования, а также иные подобные расходы.

Предлагаемое к поставке оборудование должно иметь регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Срок поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию – 20 декабря 2018 года; периодичность поставки – разовая.

Гарантийный срок – не менее 12 месяцев со дня ввода Объекта в эксплуатацию и не менее, чем срок действия гарантии производителя поставляемого товара. Поставщик предоставляет гарантию производителя на товар сроком не менее 12 месяцев;

Объем гарантий – в случае обнаружения недостатков Товара, Поставщик обязуется безвозмездно устранить недостатки или произвести замену на аналогичный Товар не позднее, чем через 10 календарных дней с момента получения претензии Заказчика. В случае невозможности устранения недостатков в указанный срок Заказчику предоставляется аналогичный Товар на время устранения;

Место поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 09.06.2018 г. 12.00 часов по местному времени.

Руководитель контрактной службы



И.О. Куликова

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91

